

固始县人民医院采购眼科新手术设备项目

招 标 文 件

招标编号：GCGZ-2017-0272



采 购 人： 固始县人民医院

代理机构： 亿诚建设项目管理有限公司

日 期： 二零一七年十二月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 供应商须知.....	5
投标须知前附表.....	5
1. 总则.....	7
2. 招标文件.....	9
3. 投标文件.....	9
4. 投标.....	11
5. 开标.....	11
6. 评标.....	12
7. 合同授予.....	12
8. 重新招标.....	13
9. 纪律和监督.....	13
10. 需要补充的其它内容.....	14
第三章 评标办法（综合评分法）.....	18
第四章 招标技术要求.....	22
第五章 合同主要条款及格式.....	22
第六章 投标文件格式.....	31

第一章 招标公告

固始县人民医院采购眼科新手术设备项目 招标公告

亿诚建设项目管理有限公司受固始县人民医院的委托，就固始县人民医院采购眼科新手术设备项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称及编号：

- 1.1 项目名称：固始县人民医院采购眼科新手术设备项目
- 1.2 招标编号：GCGZ-2017-0272

二、项目简要说明：

- 2.1 资金来源及预算金额：财政资金，预算金额约 4050000.00 元；
- 2.2 招标范围：固始县人民医院采购玻璃体切割机、眼底激光治疗仪、炫彩眼底荧光血管造影仪、眼科手术显微镜（具体内容及参数详见招标文件）
- 2.3 交货地点：采购人指定地点
- 2.4 供货及安装期限：合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕
- 2.5 质量要求：达到国家相关行业合格标准。
- 2.6 标段划分：共一个标段。

三、供应商资格要求：

- 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、具有独立企业法人资格，供应商须提供企业法人营业执照（需具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已三证合一，只需提供营业执照）；
- 3、具有有效的医疗器械经营许可证（经销商）或医疗器械生产许可证（生产商），所投产品具有医疗器械注册证；
- 4、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 5、财务状况良好（需提供 2015 年或 2016 年财务审计报告）、依法缴纳税收和社会保障资金（提供近六个月内任意两个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）；
- 6、具有由供应商注册地或项目所在地检察院机关出具的在有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象需包含企业及法定代表人）；

7、注：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供查询结果截图。

8、本项目不接受联合体报名。

四、招标文件发售信息：

4.1 招标文件出售时间：2017年12月20日至2017年12月26日（上午9:00至11:30、下午14:30至17:00）；

4.2 招标文件出售地点：郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座2102室；

4.3 招标文件出售方式：现场购买；

4.4 招标文件售价：500元/本，售后不退。

4.5 其他有关事项：购买招标文件时必须携带单位法人授权委托书、营业执照副本原件及复印件、被授权人身份证及其复印件、“三、供应商资格要求”中涉及到的相关资料等原件及加盖公章的复印件一份。如有资料不全的或不符合要求的，将被拒绝报名。

五、响应文件接收信息

5.1 响应文件接收截止时间：详见招标文件；

5.2 响应文件接收地点：详见招标文件；

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、开标有关信息：

6.1 招标开标时间：详见招标文件；

6.2 招标开标地点：详见招标文件。

七、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》上发布。

八、本次招标联系事项：

采购人：固始县人民医院

联系人：张先生

联系电话：13462012335

地址：固始县蓼北路 486 号

代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

联系人：黎女士

联系电话：13073708400

联系地址：郑州市二七区航海路连云路正商航海广场 B 座 2102 室

邮政编码：450000

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：固始县人民医院 联系人：张先生 联系电话：13462012335 地址：固始县蓼北路486号
1.1.3	采购代理机构	代理机构：亿诚建设项目管理有限公司 联系人：黎女士 联系电话：13073708400 联系地址：郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座2102室 邮政编码：450000
1.1.4	项目名称	固始县人民医院采购眼科新手术设备项目
1.1.5	预算金额	预算金额4050000.00元（肆佰零伍万元整） 供应商报价不得超出项目预算，否则投标无效。
1.1.6	采购方式	公开招标
1.2.1	资金来源及落实情况	财政资金，已落实
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	招标范围	固始县人民医院采购玻璃体切割机、眼底激光治疗仪、炫彩眼底荧光血管造影仪、眼科手术显微镜。
1.3.2	质量要求	达到国家相关行业合格标准
1.3.3	供货及安装期限	合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕
1.3.4	质保期	1年
1.4.1	供应商资格要求	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、具有独立企业法人资格，供应商须提供企业法人营业执照（需具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已三证合一，只需提供营业执照）； 3、具有有效的医疗器械经营许可证（经销商）或医疗器械生产许可证（生产商），所投产品具有医疗器械注册证； 4、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； 5、财务状况良好（需提供2015年或2016年财务审计报告）、依法缴纳税收和社会保障资金（提供近六个月内任意两个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）； 6、具有由供应商注册地或项目所在地检察院机关出具的在有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象需包含企业及法定代表人）；

		<p>7、注：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,提供查询结果截图。</p> <p>8、本项目不接受联合体报名。</p> <p>供应商资格要求的所有资料开标均需携带原件审查,且与投标文件中提供相应证明材料一致,否则供应商资格不通过。</p>
1.4.2	是否接受联合体 投标	不接受
1.5	付款方式	双方自行协商
1.10	投标预备会	不召开
1.11	偏离	允许优于招标要求的正偏离
2.2.2	采购人书面澄清的 时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.3	供应商收到澄清后的 书面确认 时间	供应商在收到澄清后的24小时内,以加盖公章的确认函(可采用扫描件电子邮件)的形式进行书面确认
3.1	构成投标文件的 其他材料	按招标文件要求
3.3	投标有效期	60日历天(从投标截止之日算起)
3.4.1	投标保证金	<p>投标保证金:</p> <p>金额: <u>¥ 30000.00</u> 元(大写:叁万元整)</p> <p>保证金的形式:银行转账(供应商基本户转出)</p> <p>单 位:亿诚建设项目管理有限公司河南分公司</p> <p>开户行:中国民生银行农业路支行</p> <p>银行帐号:698520277</p> <p>注:①须从供应商的企业基本账户转出,截止时间为2018年01月11日下午17:00整(以实际到账时间为准,并将转账凭证复印件及开户许可证附于投标文件内)。</p> <p>②保证金转账时必须备注: <u>项目名称</u> 投标保证金。</p> <p>③退还保证金时需携带清晰的转账凭证及开户许可证复印件,中标单位须提供签订合同的复印件一份。</p> <p>有下列情况之一的,投标保证金将不予退还:</p> <p>1、供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件的;</p> <p>2、中标人在收到中标通知后,无正当理由拒签合同或未按要求提交履约担保的。</p>

3.5.3	投标文件签字和盖章要求	投标文件格式要求签字或盖章的均应加盖供应商公章并由其法定代表人或其委托代理人签字。
3.5.4	投标文件份数	正本壹份，副本肆份，电子版壹份。
3.5.5	装订要求	须用胶装，投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。采购代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。
4.1.2	封套上写明	采购人名称： 项目名称： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启
4.1.1	密封要求	投标文件的正本、副本、电子版应分别密封，包装袋开口处应密封，并应加盖投标单位公章。
4.2.1	递交投标文件截止时间	2018年01月12日09时00分
4.2.2	递交投标文件地点	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座2102室
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2018年01月12日09时00分 开标地点：郑州市二七区航海路连云路正商航海广场 B 座 2102 室
5.2	开标程序	(1) 采购代理机构宣布开标会议开始； (2) 宣布开标会议纪律； (3) 采购代理机构介绍出席开标会议的采购人代表、监督人及供应商； (4) 由供应商或其集体推选的代表和监督人共同查验投标文件密封情况； (5) 经确认无误后，由唱标人按其递交投标文件时间先后的逆顺序进行唱标。唱投标书主要内容，以及采购人认为必要的其它内容并记录； (6) 采购代理机构将对开标过程进行记录，以存档备查； (7) 开标会议结束。
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_5_人，其中采购人代表_1_人，经济、技术专家_4_人。专家从河南省政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.2.1	履约保证金	无

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购方式：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、质量要求、供货及安装期限、质保期

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 供货及安装期限：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；

(3) 被责令停业的；

(4) 被暂停或取消投标资格的；

(5) 财产被接管或冻结的；

(6) 在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见第五章合同条款及供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。本项目招标代理费按照国家计委计价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文（货物类）收费标准由中标人向代理机构支付。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见供应商须知前附表。

1.11 偏离

见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 招标技术要求；
- (5) 合同主要条款及格式；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提交代理机构，由代理机构要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括内容：

- 一、投标函及开标一览表
- 二、分项报价表
- 三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 四、商务条款偏离表
- 五、技术条款偏离表
- 六、类似业绩
- 七、所投货物技术文件
- 八、优惠承诺
- 九、培训方案、售后服务方案等
- 十、综合材料

3.2 投标报价

3.2.1 报价为一次性报价，投标文件提交截止时间后不得更改。投标报价不得超过采购人公布的项目预算，否则其投标无效。

3.2.2 供应商的投标报价应包括设备的采购、包装、运输（运至甲方指定地点）、装卸、保险、税费、安装、调试、配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等等验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.3 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时，以文字表示的数据为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.4 供应商相应自行增加本项目系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果供应商在被确定为中标供应商并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.2.5 供应商应保证投标货物为原厂生产、原厂包装、全新、未使用过的原厂合格正品；并保证所提供货物合格率为 100%，外观和内在质量都不得有任何问题。未经采购人书面同意，中标人不得擅自提前拆毁产品的原包装。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商应按供应商须知前附表规定的金额及递交时间递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 中标人的投标保证金自政府采购合同签订后五个工作日内退还，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或不按时交纳履约保证金的；
- (3) 有关法律、法规规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关技术要求、供货及安装期限、质量要求、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单

位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。投标文件不得出现涂改、行间插字或删除，如有涂改、行间插字或删除可能导致投标无效。

3.5.4 投标文件份数见供应商须知前附表。正本、副本、电子版的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子版”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，编制目录，并编制连续页码。

3.5.6 供应商应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

未按上述要求编制的投标文件，按废标处理。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子版应分别密封，包装袋开口处应密封，并应加盖投标单位公章。投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子版”字样。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容：见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.5.3 项的要求签字盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，供应商的法定代表人（出示法定代表人身份证原件）或其委托代理人（出示授权书及委托代理人身份证原件）必须到场参加开标会议，否则投标文件将不予接收。

5.2 开标程序

见供应商须知前附表。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.2 履约保证金

无

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购

人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于3个的；
- (2) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑

供应商对评标结果有异议的，可向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。供应商应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人或采购代理机构将按国家有关规定予以答复。

9.6 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人纪检监察部门投诉、必须实名举报。供应商应保证提出的投诉内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。监督机构将按国家有关规定予以答复。

9.7 处罚

本次招标的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因中标人在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时中标人应赔偿由此给发包人带来的一切损失。

9.8 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 需要补充的其它内容

10.1 本招标文件解释权归采购人。

10.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

附件一：开标记录表

固始县人民医院采购眼科新手术设备项目 开标记录表

开标时间：____年____月____日____时____分

序号	供应商	投标总报价 (元)	投标质量	供货及安装 期	密封情况	投标保证金	签名
预算金额：							

采购人代表：_____ 记录人：_____ 监督人：_____

_____年_____月_____日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（供应商名称）：

_____（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

_____（项目名称）评标委员会
____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

第三章 评标办法（综合评分法）

一、初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查

- 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、具有独立企业法人资格，供应商须提供企业法人营业执照（需具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已三证合一，只需提供营业执照）；
- 3、具有有效的医疗器械经营许可证（经销商）或医疗器械生产许可证（生产商），所投产品具有医疗器械注册证；
- 4、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 5、财务状况良好（需提供 2015 年或 2016 年财务审计报告）、依法缴纳税收和社会保障资金（提供近六个月内任意两个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）；
- 6、具有由供应商注册地或项目所在地检察院机关出具的在有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象需包含企业及法定代表人）；
- 7、注：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供查询结果截图。
- 8、本项目不接受联合体报名。

注：供应商资格要求的所有资料均需提供原件并在投标文件中提供相应证明材料复印件，其中：行贿犯罪查询结果告知函原件须附到投标文件正本中。

2. 符合性审查

- （1）投标函、开标一览表签字、盖章及投标文件格式是否符合招标文件“第六章投标文件格式”的要求；
- （2）投标范围是否满足招标文件的要求；
- （3）供货及安装期限是否满足招标文件的要求；
- （4）投标质量、投标有效期、质保期是否满足招标文件的要求；
- （5）缴纳的投标保证金是否满足招标文件的要求；
- （6）供应商的报价是否超过了项目预算；
- （7）响应招标文件中其它要求。

二、投标文件的澄清

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、算术性错误的修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、详细评审

评标委员会依据本章详细评分因素及分值分配表，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行投标报价、商务和技术评估，综合比较与评价。

注：对小型和微型企业的投标报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）并同时提供证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照“工信部联企业[2011]300 号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。没有提供证明材料的供应商将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。

**详细评审
评分因素及分值分配表**

评分因素	评分内容	评分标准	分值
价格部分 (30分)	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 最终得分计算保留小数点两位。	30
商务部分 (15分)	信用评估报告	供应商须提供具备资格的信用评级机构评定的信用等级，信用等级为AAA级及以上的得3分。 注：开标时须提供证书原件，投标文件中附复印件，否则不得分。	3
	认证	供应商通过质量管理体系认证的得2分、通过环境管理体系认证的得2分、通过职业健康安全管理体系认证的得2分，本项最多得6分。 注：评标时须提供相关证书原件，投标文件中附复印件，否则不得分。	6
	产品荣誉	投标产品在公立三甲医院采购业绩，每提供一份证明材料得2分，本项最多得6分，不提供不得分。（6分） 注：评标时须提供中标通知书及合同原件，否则不得分。	6

技术部分 (45分)	产品技术指标	评标委员会根据各供应商所投产品的技术参数指标进行评价,技术参数满足招标文件技术参数与要求,得基本分30分。对招标文件技术要求中一般技术指标的负偏离,在基本分30分的基础上,每项扣2分,对于重要技术指标“*、★”号项的负偏离,每项扣5分,扣完为止。(如投标人对技术偏离表里的某项技术指标项不做响应,则认定该项为负偏离。)	30
	先进性	投标设备整体设计先进、科学,元器件配置合理完善,易于维修、操作方便,运行稳定可靠,在使用期内的维护费用合理,操作系统具有一定的可扩展性,根据情况在0-5分之间进行打分,要求投标文件中提供详细的文字或列表说明。	5
	稳定可靠性	根据投标产品的技术和货物的性能稳定可靠性及整包的综合性进行横向比较后在0-5分之间打分,要求投标文件中提供详细的文字或列表说明。	5
	综合性能评价	对供应商提供设备的综合性能进行比较,由评标委员会在0-5分之间进行打分。	5
其他部分 (10分)	培训方案	评委根据供应商提供的培训方案及拟派出培训人员的资格情况,进行横向比较后在0-6分之间打分。	6
	售后服务方案	评委根据各供应商提出的质保期内的售后服务的内容、方式、质量保证措施等方面进行横向比较后在0-4分之间打分。	4

五、评标方法

5.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章详细评审标准进行打分,本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以技术标得分高的优先。

5.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足3个,采购人应重新招标或经省财政部门批准采用其他方式采购。

5.3 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分,计算出综合评估得分。

5.4 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

5.5 供应商的最终得分为全部评委打分的算术平均值。

六、评标结果

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

附件：无效投标的条件

无效投标的条件

1. 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
2. 供应商递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份为有效的投标文件的；
3. 未通过评标办法初步评审的；
4. 未在开标会记录上签字确认的；
5. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
6. 投标有效期不满足招标文件要求的；
7. 投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
8. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
9. 属于串（围）标行为的；
10. 评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。
11. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

第四章 招标技术要求

器械名称：	玻璃体切割机	数量：一台
		进口/国产/无要求：进口
主要技术参数要求		
序号	内 容	备注
一、	主机系统	
*1.1	具备数字化自动眼内压控制系统，控制范围：0—120mmHg。	
1.2	17寸彩色触摸屏	
1.3	操作语音提示及反馈功能	
1.4	带有无线遥控器装置，多功能脚踏板可编程	
1.5	含有超声乳化功能	
1.6	每分钟大于 5000 切速的超高速玻璃体切割功能	
1.7	含有超声粉碎功能	
*1.8	可选配集成在主机上的 532nm 眼底激光机。	
1.9	含有自动硅油注吸功能	
1.10	含有眼内外电凝功能	
1.11	含有气液交换功能	
1.12	含有自动移液功能	
*1.13	切割系统具备双气路驱动的玻切头、玻切头开合比控制功能，有不同开合比。	
1.14	可同时连接驱动 20G/23G/25G/25/27Ga 不同口径的玻切头及光纤，并具备自动射频识别功能，自动调整参数。	
1.15	具备文氏泵、蠕动泵双泵功能	
1.16	同时具备后节玻切、前节超乳、前后节联合三个手术界面。	
1.17	眼内填充气体自动净化配比系统。	
1.18	前后节灌注液自动提示更换功能，且换液时无需中断手术。	
1.19	术后自动生成手术报告、参数记录功能。	

二、	工作驱动方式	
2.1	气体驱动：外部气源 .压力： 58—120 Psi	
三、	超声乳化系统	
3.1	谐振频率：34KHz- 42 KHz	
3.2	三种以上乳化模式包含：爆破，脉冲，连续	
*3.3	多种超乳工作模式：传统超声， 扭动超声(OZil)	
四、	负压系统	
4.1	玻切，移液时最大负压 650mmhg	
五、	超声粉碎系统	
5.1	三种以上粉碎模式包含：线性，固定， 瞬时	
六、	剪刀系统	
6.1	两种以上剪切模式：包含比例剪模式，多次剪模式	
6.2	最大切割速度 450cpm	
七、	眼内照明系统	
7.1	内置氙灯，双路光源输出照明系统。	
八、	硅油自动注吸系统	
8.1	硅油注入压力范围 0-80psi	
8.2	硅油抽取压力范围 0-650mmHg	
九、	眼内外电凝及反吐系统	
9.1	具有比例式电凝、比例式反吐功能。	

器械名称:	眼底激光治疗仪	数量: 一套
		进口/国产/无要求: 进口
主要技术参数要求		
序号	内 容	备注
一、	特点	
1、	临床应用: 视网膜光凝、 小梁成形术	
2、	应用范围: 门诊、手术室两用	
3、	激光适配器: 内置适配器	
4、	控制面板: 移动式	
4.1	控制面板位置: 台面上任何位置;	
4.2	控制面板液晶显示: 大字体触摸液晶屏幕, 暗室下清晰显示, 可以根据治疗的需要任意放置; 还可以让操作者一手持接触镜, 一手方便的调节参数。	
4.3	可用手指点击操作	
5、	用户个性化参数设定: 3 组记忆值(每组可自定义能量、脉冲间隔和脉冲持续时间)	
* 6	裂隙灯: 裂隙灯与激光一体化设计, 同一品牌。	
7、	裂隙灯: 电动滤光片。	
* 8	裂隙灯: 电动微动器。	
9、	激光主机安放: 悬挂在升降台下。	
二、	激光具体参数要求	
1、	激光类型: 倍频固态激光, 半导体泵浦, 纯连续波 (cw)	
2、	波长: 532 nm	
3、	光斑直径: 50—1000um 连续可调, 等焦面	
4、	最大功率: ≤ 1.5 W (到角膜处)	

5、	瞄准光最大能量： ≤ 1 mW（半导体 635 nm）	
6、	自动脉冲间隔：100 - 6000 ms	
7、	冷却方式：热电冷却	
8、	脉冲持续时间：10 - 2500 ms（连续可调）	
9、	参数记忆：3组	
10、	光纤接口：SMA 工业标准接口	
11、	可支持眼内光纤 20G, 23G, 25G 等，光纤需有注册证。	
* 12、	激光光路：内置激光光路耦合系统，避免了耦合装置对手持接触镜的影响和对观察光路的影响。	
三、	裂隙灯参数	
* 1、	放大倍数：远心光学系统，在 10 倍目镜时，具有 8X, 12X, 20X 等	
2、	裂隙调节：	
2.1	调节档\数：5 级	
2.2	裂隙宽度：0.5/3.5/8/1-14mm，连续可调节	
2.3	裂隙长度：0—14mm；连续可调	
2.4	裂隙旋转： $\pm 90^\circ$ 连续可调	
2.5	裂隙轴偏： 4° 水平线， 0° 锁定	
2.6	裂隙棱镜的旋转范围： 180° ，任意不同角度	
3、	照明亮度：光源 6v, 12w，亮度连续可调	
4、	滤光片：蓝，绿（无赤），吸热滤光片（旋入的）；UV 保护滤光片	

器械名称:	眼底荧光血管造影仪器	数量: 一套
		进口/国产/无要求: 进口
主要技术参数要求		
序号	内 容	备注
临床应用	眼底免散瞳彩照、无赤光图像更清晰观察眼底血管、蓝光图像更清楚显示神经纤维层、红光图像显示脉络膜图像、AF 图像免造影剂观察 RPE 结构形态、立体拍照更立体观察视盘结构、FA、ICGA 进行造影观察眼底视网膜血管及脉络膜血管循环情况	
*成像模式	彩照、无赤光、蓝光、红光、AF、立体拍照、FA (VISUCAM524)、ICGA (VISUCAM524 选配)	
*瞳孔要求	3.3mm	
视场角	45°、30° 小瞳孔	
*分辨率	2400 万	
*光学系统	远心光学系统	
成像辅助模式	自动聚焦	
闪光模式	自动闪光、手动闪光强度调整	
图像浏览	可进行多种浏览模式 (单图像、多图像)	
图像处理	自动自适应优化处理、手动对比度、亮度调整	
*拼图	自动无缝拼图	
图像分解	具备彩照自动分解无赤光、蓝光、红光图像	
可升级	ICGA 进行造影观察眼底视网膜血管及脉络膜血管循环情况	
图像保存	自动图像保存	
*数据传输格式	DICOM、JPG	
数据传输方式	火线快速传输	

一、 显微镜技术参数要求

序号	项目	技术参数
1	显微镜镜体	
*1.1	光学系统	全部复消色差光学系统（含物镜、变倍、放大系统）T*镀膜
1.2	变倍系统	电动变倍 1:6
1.3	双目镜筒	配带有倒像双目镜筒
*1.4	可升级功能 倒像镜	可升级为内置倒像镜并配备原厂同一品牌非接触广角镜
1.5	目镜	10X、12.5X 可选
1.6	目镜屈光补偿	+5D 到-8D
1.7	物镜	F=200mm
1.8	景深增强系统	具有智能景深增强系统
1.9	助手镜	独立调焦变倍助手镜系统
2	照明系统	
*2.1	立体同轴照明系统	立体同轴照明系统
2.2	光源:	双卤素灯 12V/100W
2.3	备用灯泡自动切换	备用灯泡自动切换
2.4	冷光源, 光纤照明	冷光源, 光纤照明
3	XY 水平系统	
3.1	平移范围	55*55mm
4	滤光片	
4.1	内置紫外线防护滤色片	内置紫外线防护滤色片
4.2	减少蓝光损伤滤光片	减少蓝光损伤滤光片
4.3	KK40 日光滤光片,	KK40 日光滤光片

	增加色温	
4.4	视网膜保护滤光片	视网膜保护滤光片
5	控制单元	
5.1	控制面板	触摸屏显示面板
5.2	用户参数设置	20 组用户参数设置
5.3	无线、全封闭防水脚踏	无线、全封闭防水脚踏
*6	支架系统	承重 13.5kg

注：技术参数要求备注栏内带“*”标注的为重要技术参数, 技术参数要求备注栏内未标注“*”的为一般性技术参数。

第五章 合同主要条款及格式

甲 方：

乙 方：

甲方名称根据_____的批复，组织对_____进行公开招标，招标编号（_____），于____年__月__日通过公开招标，确定乙方为_____中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额（详见报价表，附后）

1.项目编号：_____。

2.项目名称：_____。

3.具体内容：（详见乙方报价表）

4.合同金额：人民币_____元（大写：_____），以上价格以人民币结算，该价格中包含货物设备的采购、包装、运输（运至甲方指定地点）、装卸、保险、税费、安装、调试、配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

二、付款方式

双方自行协商。

三、交货时间、交货地点

1.交货时间：____年__月__日。

2.交货地点：

四、履约验收

1.乙方提供的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2.乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

5.验收内容：所采购的货物数量、参数标准、规格和质量。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，质保期为____年，凡在质保期内，产品出现质量问题，须免费维修，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。

六、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同,如有违约,将赔偿因违约给对方造成的经济损失,并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货,甲方有权终止合同。甲方将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3%的标准收取违约金,并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由;乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由;在取得有关主管机关证明以后,可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。

2.本合同自双方签订之日起生效。

3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

附:乙方报价表。

甲方(印章):

乙方(印章):

甲方代表(签字):

乙方代表(签字):

地址:

地址:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

开户账号:

开户账号:

年 月 日

附件:乙方报价一览表

第六章 投标文件格式

正本/副本

固始县人民医院采购眼科新手术设备项目

投标文件

采购编号：

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、分项报价表
- 三、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 四、商务条款偏离表
- 五、技术条款偏离表
- 六、类似业绩
- 七、所投货物技术文件
- 八、优惠承诺
- 九、培训方案、售后服务方案等
- 十、综合材料

一、投标函及开标一览表

(一) 投标函

致：_____(采购人)_____

我们收到了招标编号_____的招标文件，经详细研究，我们决定参加_____(项目名称)_____的招标投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

(1)按照招标文件中规定的条款和要求，投标总报价为大写：_____元（¥：_____元），质量_____，供货及安装期限_____，质保期_____。

(2)如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3)我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后_____日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4)我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5)我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果存在），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6)我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(7)与本投标有关的正式通讯地址：_____

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

(二) 开标一览表

项目名称	
供应商	
投标范围	
投标总报价（元）	大写： 小写：
投标质量	
供货及安装期	
质保期	
投标有效期	
其他	

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

二、分项报价表

金额单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注
合 计								

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

三、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商全称）的法定代表人，
现授权委托我单位员工_____（姓名）为我公司参与本项目招标投标活动的合法代理人(即授权代表)，
以本单位的名义参加_____（项目名称）的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事
务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

授权代表：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附法定代表人及授权委托人身份证及授权委托人与供应商签订的劳动合同复印件

四、商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

注：“偏离说明”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，若无偏离则填写“无”。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

五、技术条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的技术条款	投标文件的技术条款	偏离说明

注：“偏离说明”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，若无偏离则填写“无”。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

六、类似业绩

序号	项目名称	用户单位	合同签订时间	合同金额 (元)	备注

注：投标文件中附合同复印件，开标时提供原件。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

七、所投货物技术文件

投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

八、优惠承诺

九、培训方案、售后服务方案等

十、综合材料

1、资格审查资料

1.1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.2、具有独立企业法人资格，供应商须提供企业法人营业执照（需具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已三证合一，只需提供营业执照）；

1.3、具有有效的医疗器械经营许可证（经销商）或医疗器械生产许可证（生产商），所投产品具有医疗器械注册证；

1.4、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

1.5、财务状况良好（需提供 2015 年或 2016 年财务审计报告）、依法缴纳税收和社会保障资金（提供近六个月内任意两个月依法缴纳税收及社会保障金的证明材料）；

1.6、具有由供应商注册地或项目所在地检察院机关出具的在有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象需包含企业及法定代表人）；

1.7、本项目不接受联合体报名。

注：供应商资格要求的所有资料均需提供原件并在投标文件中提供相应证明材料复印件，其中：行贿犯罪查询结果告知函原件须附到投标文件正本中。

1.8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供查询结果截图。；

1.9、投标保证金转账凭证及开户许可证

1.10、供应商自认为有必要附入的其他资料。

2、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目名称（采购编号为：_____）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与招标投标活动的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

注：本承诺书应由法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，否则视为无效文件。

3、采购项目承诺书

采购项目承诺书

致：（采购人名称）

本承诺书作为我方参加 _____ 项目名称（采购编号：_____）投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

- 1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象；
- 2、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提交货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
- 3、如无法按我方承诺期限如期交货，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；
- 4、采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货及安装周期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；
- 5、我方提供的产品如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；
- 6、如我方中标，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时交货、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；
- 7、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件所有要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；
- 8、保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

特别提示：以上承诺书内容不得随意改动，本承诺书应由法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，否则视为无效投标文件。

4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
- 2、供应商应提供相应证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照“工信部联企业[2011]300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）。
- 3、供应商是中小企业的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。