

招标人签到表

采购人：信阳职业技术学院附属医院			开标时间：2021年10月26日15时00分		
采购代理人：中兴豫建设管理有限公司			开标地点：信阳市平桥区国际商城家居建材精品馆4号楼4楼（中兴豫建设管理有限公司信阳事业部）		
项目名称：信阳职业技术学院附属医院 GE 64排 CT 机更换高压逆变器采购项目					
序号	姓名	单位	职务 (职称)	签到时间	联系电话
1	李阳	信阳职业技术学院附属医院	科长	2021.10.26 15:00	13700765599
2					
3					
4					
5					

评委签到表

采购人：信阳职业技术学院附属医院		开标时间：2021年10月26日15时00分			
采购代理人：中兴豫建设管理有限公司		开标地点：信阳市平桥区国际商城家居建材精品馆4号楼4楼（中兴豫建设管理有限公司信阳事业部）			
项目名称：信阳职业技术学院附属医院 GE 64排 CT 机更换高压逆变器采购项目					
序号	姓名	单位	职务 (职称)	签到时间	联系电话
1	周强	信阳市中医院	医师	15:00	13700769158
2	杜小林	信阳市药检所	副主任药师	15:00	15637621876
3	申磊	信阳市市场监督管理局	药师	15:00	13633768979
4					
5					

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2021年10月26日

采购单位	信阳职业技术学院附属医院			
项目名称	信阳职业技术学院附属医院GE 64排CT机更换高压逆变器采购项目			
项目金额	180000元			
专家1论证意见	专家姓名	周强	职称	技师
	工作单位	信阳中心医院		
	<p>原厂配件具有唯一性和不可替代性。 不影响整机完整。建议采购原厂配件。</p>			
专家2论证意见	专家姓名	柳小林	职称	副主任药师
	工作单位	信阳市药品检验所		
	<p>该设备为原厂全新配件。保证配件质量。 保证合法来源。为保证检验工作的正常开展。建议进行单一来源采购。</p>			
专家3论证意见	专家姓名	张宝军	职称	高级
	工作单位	信阳市市场监督管理局		
	<p>基于对供应商知识产权保护。该供应商为唯一经销商。CT机更换高压逆变器采购为原厂配件。建议采购原厂配件。</p>			
拟定供应商	郑州万泽医疗器械销售有限公司			

逆变器参数

逆变器参数:

1.最大输出功率: 72.1KW

2.KV 选择: 80、100、120、140KV

3.最大 mA :600

4.调节: 对于 10%的线电压变化, 50ms 内的恢复值不超过 2kV

5.上升时间: <1ms,达到所选值的 75%

6.下降时间: <10ms,降到所选值的 75%以下